

Assunto: Informativo sobre atualização de rotulagem – Luva Cirúrgica Esterilizada MUCAMBO Sensitex.

Prezado(a) Cliente,

A Newell Brands Brasil Ltda. vem, por meio deste comunicado, prestar um esclarecimento importante sobre a **Luva Cirúrgica Esterilizada MUCAMBO – Sensitex** adquirida em nosso portfólio.

1. Sobre este informe

Como parte do nosso processo contínuo de aprimoramento de conformidade regulatória, identificamos uma oportunidade de atualização na rotulagem dos produtos fabricados **antes de 27 de março de 2026**. As embalagens desses lotes não continham, de forma completa, as seguintes informações exigidas pela norma técnica ABNT NBR ISO 10282:2014:

- "LUVAS COM DEDOS CURVOS" — informação sobre o formato dos dedos da luva.
- "Conforme ABNT NBR ISO 10282:2014" — referência completa à norma técnica aplicável.

Essas informações passaram a constar integralmente em todas as embalagens a partir de 27 de março de 2026.

2. Não há nenhum problema de qualidade no produto

O ajuste realizado é exclusivamente de dizeres da embalagem. O produto em si não apresenta nenhuma alteração, não há falha de qualidade, não há risco à saúde e não há restrição ao seu uso ou comercialização.

3. Identificação do produto

Os lotes afetados por esta comunicação são aqueles fabricados antes de 27 de março de 2026:

Produto	Luva Cirúrgica Esterilizada MUCAMBO – Sensitex
Modelo	Luva Lisa e Anatômica Estéril / Feixe de Elétrons
Lotes afetados	Fabricados antes de 27 de março de 2026

Notificação ANVISA	[82850579001]
Fabricante	Newell Brands Brasil Ltda.

4. O que você precisa fazer

Não é necessária nenhuma ação de recolhimento ou devolução do produto. Solicitamos apenas:

- Guarde uma cópia deste informe para fins de rastreabilidade e eventuais auditorias internas.
- Informe sua equipe responsável pelo controle de estoque e uso dos produtos sobre este comunicado.
- Continue utilizando e comercializando o produto normalmente.

5. Nosso compromisso com a qualidade

A Newell Brands Brasil reafirma seu compromisso com a segurança dos usuários, a conformidade regulatória e a transparência com seus clientes e parceiros. Esta atualização reflete nossa postura proativa em manter nossos produtos sempre em conformidade com os mais altos padrões exigidos pela ANVISA e pelas normas técnicas vigentes.

Agradecemos a confiança depositada em nossos produtos e estamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Fale conosco

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 075 4638 | www.mucambo.com.br

Responsável Técnico(a):

Mariana Meireles Amaral - CRQ BA 073001811

Atenciosamente,

Newell Brands Brasil Ltda.

Mariana Meireles

Mgr, Product QA/Control

Jehan Berbain

Sr Mgr, Field Sales & Account Mgmt

Claudio Assis

Dir, Supply Chain Multi-Site Mgmt